Palintest

Water Analysis Technologies

PAASense

Quick test guide

Notice rapide d'utilisation

Guía rápida de prueba

1

Turn instrument on.

Allumer l'instrument.

Encienda el instrumento.

2

Press the right arrow to confirm that the calibration codes match.

Appuyer sur la flèche de droite pour confirmer que les codes de calibration correspondent.

Presione la flecha derecha para confirmar que los códigos de calibración coinciden.

3

Fill vessel to the brim.

Remplir le récipient à ras bord

Llene el recipiente hasta el borde.

4



Tear foil. Do not touch sensor surface as this may affect your results.

Déchirer le papier métallisé. Ne pas toucher la surface du capteur, cela peut affecter le résultat.

Abra el envoltorio. No toque la superficie del sensor.

5



Insert sensor, close lid.

Insérer le capteur, fermer le couvercle.

Inserte el sensor, cierre la tapa.

6

Wait 01:00.

Attendre 01 :00

Espere 01:00.

Getting the best results



Don't touch the surface on the sensor, this may affect your results.

Ne pas toucher la surface du capteur, cela peut affecter le résultat.

No toque la superficie del sensor, esto puede afectar sus resultados

Place the instrument on a flat surface free from vibration.

Placer l'instrument sur une surface plate sans vibrations.

Coloque el instrumento en una superficie plana libre de vibraciones.

Do not disturb the instrument or sample during the test.

Ne pas déranger l'instrument ou l'échantillon pendant l'analyse.

No mueva el instrumento o la muestra durante la prueba.

Measure sample water within the specified temperature and concentration range. The instrument compensates for temperature effects within that range.

Mesurer l'échantillon d'eau à la température spécifiée et à la gamme de concentration spécifiée. L'instrument compense pour les effets de température dans cette gamme.

Mida el agua de muestra dentro del rango de temperatura y concentración especificado. El instrumento compensa los efectos de temperatura dentro de ese rango.





When storing sensors for over a year, keep them in a refrigerator. When storing them for less than one year, keep them at a temperature of less than 20° C.

Lorsque vous stockez des capteurs pendant plus d'un an, conservez-les dans un réfrigérateur. Quand vous les stockez pour moins d'un an, conservez-les à une température inférieure à 20 ° C.

Cuando almacene sensores por más de un año, guárdelos en el refrigerador. Cuando los guarde por menos de un año, manténgalos a una temperatura inferior a 20 ° C.